

检 验 报 告

报告编号：Y20250829029



委 托 方： 厦门康艺迈进出口有限公司

注 册 人： 威尼斯药厂有限公司

生产单位/
受托生产企业： 威尼斯药厂有限公司

样 品 名 称： 远红外理疗贴

规格型号： 10cm×14cm

检验类别： 委托检验



山东省医疗器械和药品包装检验研究院



声 明

- 一、报告无检验机构检验专用章或检验单位公章无效。
- 二、报告无批准人签字无效。
- 三、报告涂改无效。
- 四、复制报告未重新加盖检验机构检验专用章或检验单位公章无效。
- 五、除全文复制外，报告未经检验机构书面批准不得部分复制。
- 六、对报告若有异议，应于收到报告之日起七个工作日内以书面方式向检验单位提出，逾期不予受理。
- 七、报告结果仅适用于收到的样品。
- 八、委托方提供的所有信息及样品的真实性，由委托方负责。
- 九、电子报告与传统纸质报告具有同等法律效力。
- 十、电子报告封面二维码为检验报告唯一防伪标识，可扫描二维码查验真伪。

地 址：山东省济南市高新区世纪大道 15166 号

电 话：0531-82682990

传 真：0531-82682936

邮政编码：250101



山东省医疗器械和药品包装检验研究院

检验报告首页

报告编号:Y20250829029共 4 页 第 1 页

样品名称	远红外理疗贴			样品编号	20250829029
委托方	厦门康艺迈进出口有限公司			检验类别	委托检验
委托方地址	厦门市思明区厦港新村 39 号 802 室			来样方式	送样
注册人	威尼斯药厂有限公司			规格型号	10cm×14cm
生产单位/ 受托生产企业	威尼斯药厂有限公司			产品编号/ 批号	220331
进口产品 代理人	/	所在 省份	/	生产日期	2022.03.02
受检单位	厦门康艺迈进出口有限公司			样品数量	8 盒
抽样单编号	/			抽样基数/ 库存数量	/
抽样单位	/			抽样地点	/
抽样日期	/			检验地点	本院实验室（世纪大道院区 和彩龙路院区）
收样日期	2025-08-29			检验日期	2025-09-17~2025-11-05
检验项目	工作面表面温度、远红外线光谱。				
检验依据	《远红外理疗贴》产品技术要求				
检验结论	所检项目符合《远红外理疗贴》产品技术要求。  签发日期： 2025年11月20日				
备注	1) 报告中的“—”表示此项不适用，报告中“/”表示此项空白。 2) “远红外线光谱”试验的检验报告由武汉产品质量监督检验所（CMA 证书编号为 240020349813，CNAS 注册号为 CNASL1132）出具，检验业务号为（2025）WH-HW-01075。 3) 该产品技术要求中所检项目部分涉及国家标准、行业标准，不能直接作为资质认定许可的依据，但本实验室对报告涉及的检验项目具备相应的承检能力（除远红外线光谱外）。				

批准：

职务：授权签字人

检 验 报 告

报告编号:Y20250829029

共 4 页 第 2 页

检验依据		《远红外理疗贴》产品技术要求		样品批号	220331
规格型号		10cm×14cm		检验日期	2025-09-17~2025-09-18
序号	检验项目	技术要求条款	技术要求	检验结果	单项结论
1	工作面表面温度	2.7	不高于 40℃	25℃	符合

备注：本页以下空白。

复核人：张博

检测人：张嘉文



检 验 报 告

报告编号:Y20250829029

共 4 页 第 3 页

检验依据		《远红外理疗贴》产品技术要求		样品批号/编号	220331
规格型号		10cm×14cm		检验日期	2025-11-05
序号	检验项目	技术要求条款	技术要求	检验结果	单项结论
1	远红外线光谱	2.6	远红外线光谱波长范围(4~15μm) ， 在标称波长范围内辐射能量应大于其总辐射能量的 50%	符合要求	符合
备注：“远红外线光谱”试验的检验报告由武汉产品质量监督检验所（CMA 证书编号为 240020349813，CNAS 注册号为 CNASL1132）出具，检验业务号为（2025）WH-HW-01075。 本页以下空白。					



复核人：张克


检测人：王春雨

检验报告照片页

报告编号:Y20250829029

共 4 页 第 4 页

照片和说明



样品描述

/

规格型号或其它说明

10cm x 14cm